

一般競争入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和3年1月12日（火曜日）

社会福祉法人^{恩賜}済生会支部_{財団}

福岡県済生会八幡総合病院

院長 北 村 昌 之

1. 一般競争入札に付する事項

(1) 入札対象品名及び数量

前立腺肥大症レーザー手術装置

※詳細は別添「仕様書」を確認。

(2) 納品場所

社会福祉法人^{恩賜}済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 2階 手術室_{財団}

(3) 納期

令和3年3月末（落札者と相談）

(4) 入札方法

一般競争入札

2. 入札参加者資格について

申請に参加できるのは、以下の条件を全て満たす者とします。

- (1) 一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）において、九州・沖縄地域の競争参加資格を有すること。
- (2) 福岡県内に本社・支社・又は事業所を有すること。
- (3) 過去5年（平成28年12月～令和3年1月）の間に、病床数250床以上の国公立病院又は公的病院（済生会を含む）において医療機器の調達に係る契約の履行実績があること。
- (4) 直近3年以内に他の医療機関において指名停止等の処分を受けていないこと。
- (5) 次に掲げる競争入札に参加することができない者のいずれかに該当しないこと。
 - ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
 - ② 次の各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者
 - ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 - イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
 - ウ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者

- エ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- オ 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
- カ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者
- キ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
- ク 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

③ 次の各号のいずれかに該当する者

- ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下暴力団員という。）と認められる者
- イ 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
- ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
- エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
- オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者
- カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

④上記①、②、③のいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者

3. 入札書手続き等

(1) 入札担当部署

- ① 所在地 : 〒805-0050 福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目 9 番 27 号
- ② 施設名 : 社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部福岡県済生会八幡総合病院
- ③ 担当部署 : 管財課 日高、雑賀

TEL : 093-662-5211 FAX : 093-671-2338

E-mail : hidaka@yahata.saiseikai.or.jp

(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所

- ① 期間 : 令和 3 年 1 月 13 日（水）から同月 25 日（月）の 9 時から 17 時まで（土曜、日曜、祝日を除く）
- ② 場所 : 3. (1) の入札担当部署に同じ。

※交付希望者は予め上記 3 (1) の入札担当部署に連絡の上、来院のこと。

(3) 入札説明 : 随時 3. (1) の入札担当部署にて行う。

(4) 入札の日時及び場所

- ①日時 : 令和 3 年 1 月 28 日（木） 14 時 30 分
- ②場所 : 済生会八幡総合病院 事務棟 3 階

③方法 : 詳細は一般競争入札説明書による。

入札書は持参に限る。(郵送、電子メールによる提出は認めない。)

※入札書に記入する金額は、消費税等を含まない金額とする。

※入札に参加できる者は、申請者又は委任状に記された代理人に限る。

4. その他

(1) 入札の無効

本公告に示した競争入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2) 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

落札者がいないときは、直ちに再度、入札を行う。再度の入札は、2回を限度とする

(3) 契約書作成の要否・・・ 要

以上

前立腺肥大症レーザー手術装置 入札仕様書

1. 調達物品名および構成内訳

調達物品名：前立腺肥大症レーザー手術装置 一式

(内訳)

- ① レーザー発生器 1台
- ② フットスイッチ 1台
- ③ インターロック 1台

2. 技術的要件の概要

- (1) 本調達物品に係る西濃、機能及び技術（以下「性能等」とする）の要求要件（以下「技術的要件」とする）は、「入札機器の仕様を示すとおりである。」
- (2) 技術的要件はすべて必須の要求要件である。
- (3) 必須の要求要件は当施設の必要とする最低限の要求要件をしめしており、入札機器の性能等がこれに満たしていないとの判断がされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- (4) 入札機器の性能等が技術要件を満たしているか否かの判定は、入札機器の仕様、その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

3. その他

- (1) 入札機器は、入札時点で商品化されていること。
- (2) 入札機器のうち、医療機器に関しては、入札時点で薬機法に定められている製造の承認を得ている物品であること。
- (3) 本調達品の搬入・設置に係る経費は落札者の負担で行うこと。
- (4) 提案機器の落札後の導入に関して、機器の納入時点においてバー所ナップがあった場合には、最新仕様の装置構成で納入すること。
- (5) 応札仕様内容に変更が生じる場合には、その旨を事前に申請して協議し、了承を得た上で納入すること。

4. 調達物品に備えるべき技術的要件

- (1) 機器の性能・機能に関する要件
 - 1-1 レーザー発生機の性能・機能に関する要件
 - 1-2 専用消耗品ファイバーの性能・機能に関する要件
 - 1-3 フットスイッチの性能・機能に関する要件
 - 1-4 レーザー発生装置の安全機構に関する要件
- (2) 機器の性能・機能以外に関する要件
 - 2-1 設置要件
 - 2-2 保守体制
- (3) その他

入札機器の仕様

1. 機器の性能・機能に関する要件

1-1	レーザー発生装置は以下の要件を満たすこと
1-1-1	発声するレーザーの波長は 500nm 以上 1000nm 以下であること
1-1-2	連続波若しくは擬似連続波での勝者が可能であること
1-1-3	レーザーがどの部位を照射しているかを判別する為に、ガイドとなる下肢光機構を有すること
1-1-4	ガイドとなる可視光の波長は 500nm 以上 650nm 以下であること
1-1-5	ガイドとなる可視光の最大出力は 10mW 以下であること
1-1-6	最大出力は 150W 以上であること
1-1-7	仕様エネルギー（単位：ジュール）の累積が 50 万ジュールを超えても使用可能であること
1-1-8	レーザー照射中において、発生装置のディスプレイにレーザー照射時間（単位：秒）と使用エネルギー（単位：ジュール）が表示されること
1-1-9	冷却機構を有していること
1-1-10	レーザー発生装置の重量は 250kg 以下であること。
1-2	専用消耗品となるファイバーは井子の要件を満たすこと
1-2-1	ファイバー径は 8 フレンチ以下の膀胱内視鏡ワーキングチャンネル径で使用可能であること
1-2-2	ファイバーのケーブル長（センチからレーザー発生装置への接続部までの距離）は 250cm 以上であること
1-2-3	ファイバーをレーザー発生装置に接続後、一定の時間を経過するとレーザー照射が不可となる次元機能を有すること
1-2-4	レーザー派生装置と同一の製造企業のファイバーのみ使用可能であること
1-3	付属品となるフットスイッチは以下の要件を満たすこと
1-3-1	フットスイッチとレーザー発生装置と優先で接続可能な機構であること
1-4	レーザー発生装置の安全機構について以下の要件を満たすこと
1-4-1	レーザー光から目を保護するための保護用眼鏡が 2 個以上付属していること
1-4-2	レーザー放出を提示するための標識を付属していること
1-4-3	インターロック機構を有すること
1-4-4	レーザー照射を知らせるためのアラート機構を有すること
1-4-5	レーザー照射を視覚的に知らせるインジゲーター機構を有すること
1-4-6	緊急停止が可能であること

1-4-7	レーザー照射を中断する際のスタンバイ機構を有していること
1-4-8	ハレーション防止を目的としたカメラフィルターを付属すること
2. 機器の性能・機能以外に関する要件	
2-1	設置条件については以下の要件を満たすこと
2-1-1	設置条件については当院手術室を含む関連部署に支障をきたさないよう十分な打ち合わせをすること
2-1-2	手術室の電圧に接続できない場合は変圧器を付属すること
2-2	保守体制については以下の要件を満たすこと
2-2-1	納入日から1年間は通常使用での故障に際し無償保証に対応すること
2-2-2	故障連絡体制を整備し対応できる体制であること
3. その他	
3-1	操作マニュアルは日本語版を用意すること
3-2	機器取り扱いについては関係者に対して説明を行うこと

以上

済生会八幡総合病院